

乙二醛酶II(glyoxalaseII,GlyII) 活性测定说明书

(分光法 48 样)

一、产品简介:

乙二醛酶系统是甲基乙二醛 (MG) 的主要清除途径, 乙二醛酶II (GlyII, EC 3.1.2.6) 是乙二醛酶系统中的一种酶。在哺乳动物, 植物和细菌中普遍表达。

乙二醛酶II催化 S-D-乳酰谷胱甘肽(S-D-lactoylglutathione, SLG)水解为还原型谷胱甘肽 (GSH) 和 D-乳酸。还原型谷胱甘肽 (GSH) 与 DTNB 与反应生成黄色复合物, 该有色物质在 412nm 处有特征吸收峰; 通过检测 412nm 处上升速率, 进而得出乙二醛酶II (GlyII) 酶活性的大小。

二、测试盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	提取液 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 30mL×1 瓶试	4℃保存	
试剂二	液体 1mL ×1 支	4℃保存	
试剂三	粉体 mg×2 支	-20℃保存	每支用前甩几下使试剂落入底部, 分别加 0.55mL 蒸馏水完全溶解备用, 溶好的试剂可-20 度分装保存, 禁止反复冻溶。
标准品	粉体 mg×支	-20℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、低温离心机、研钵、蒸馏水。

四、乙二醛酶II(GlyII)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

称取 0.1g 组织样本 (水分充足可取 0.2g), 先加入 1mL 的提取液, 冰浴匀浆, 12000rpm, 4℃离心 10min, 上清液待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取

2、上机检测:

- ① 可见分光光度计预热, 调节波长至 412nm, 蒸馏水调零。
- ② 所有试剂预热至室温 (25℃), 在 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中依次加入下列试剂 (依据样本检测数量, 试剂一和二可按照比例 570:20 提前混合, 直接加 590μL 即可):

试剂名称 (μL)	测定管
样本	100
试剂一	570
试剂二	20
试剂三	20
混匀, 室温 (25℃) 下, 30s 后立即于 412nm 处读取吸光值 A1, 3min 后再读取 A2。 $\Delta A = A2 - A1$ 。	


【注】: 1. 若 ΔA 值在零附近徘徊, 可增加样本加样体积 V1 (如增至 200μL, 则

试剂一相应减少)，或增加反应时间 T（如增至 10min 后读取 A2），或增加样本取样质量 W。则改变后的 V1 和 T 和 W 需代入公式计算。

2. 若 ΔA 值大于 0.8 或者 A1 值大于 1.2，则需减少样本加样体积 V1（如减至 50 μ L，则试剂一相应增加），或减少反应时间 T（如减至 1min 后读取 A2）。则改变后的 V1 和 T 需代入公式计算。

五、结果计算：

- 1、标准曲线为 $y = 0.0199x - 0.0105$ ；x 为标准品摩尔质量（nmol），y 为 ΔA 。



- 2、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟生成 1nmol 的 GSH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GlyII}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [(\Delta A + 0.0105) \div 0.0199] \div (V1 \times Cpr) \div T = 167.5 \times (\Delta A + 0.0105) \div Cpr$$

- 3、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克组织样本每分钟生成 1nmol 的 GSH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{GlyII}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0105) \div 0.0199] \div (W \times V1 \div V) \div T = 167.5 \times (\Delta A + 0.0105) \div W$$

V1---加入样本体积，0.1mL；

V---加入提取液体积，1mL；

W---样本质量，g；

T---反应时间，3min；

Cpr---蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（10 μ mol/mL）：标准品溶于 1mL 蒸馏水中，（母液需在两天内用且-20 $^{\circ}$ C保存）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. μ mol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依次在 EP 管中加入 100 μ L 标准品+590 μ L 试剂一+20 μ L 试剂二，混匀后静置 5min 后全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 412nm 读值，根据结果即可制作标准曲线。